

別紙様式第 5 号の 2 （仕様書）

電動ベッドⅡ

規格、構成内訳下記のとおり		
項目 (構成内訳)	規格	数量
電動ベッドⅡ		12台
1. 内訳 電動リモートコントロールベッド ベッドサイドレール	下記要件のとおり	12台
2. 要件 (1) 背・膝の角度・ベッド高さの調節がリモコンでできること (2) ベッドの外寸は、全長2210mm、全幅960mm以下であること (3) 背上げ角度は0～75度の範囲で調節できること (4) 膝上げ角度は0～45度の範囲で調節できること (5) 最低床高は300mm以下、最高床高は660mm以上であること (6) 背上げ、膝上げ、高さ調節を手元スイッチにより操作できること (7) ベッドの昇降時に、壁や医療機器等と接触する事を未然に防ぐため、高さ調節機構は垂直昇降方式であること (8) ベッド洗浄機器により洗浄可能なウォッシュابلタイプであること		12台分
搬入、組立、設置費含む。		