

# 超音波診断装置 仕様書

## 1 品名及び数量

超音波診断装置 一式

## 2 規 格

機能・性能等については、(1) 要求項目に示す内容を満たすものとし、一式の機器構成については、(2) 機器構成表の①・②に示すいずれかの構成によること。

### (1) 要求項目

- ① モニターは大画面15.6インチ以上であること。
- ② プローブは、セクター型、リニア型及びコンベックス型の3種を有すること。
- ③ プローブケーブルが床につかない設計になっていること。
- ④ 緊急時の移動使用などにおいて、商用電源が利用できない場所でも、バッテリー駆動により一定時間使用できること。
- ⑤ 当院の画像管理システム及び電子カルテシステムと連携可能であること。(次の⑥の機器については対象外とする。)
- ⑥ コンベックス型プローブ及びリニア型プローブに対応したワイヤレス式超音波画像診断装置を付属すること。

### (2) 機器構成表

- ① G Eヘルスケアジャパン株式会社 製

項 目	規 格	数 量
本 体	Venue Go R5 (カート付)	1
セクタ型プローブ	3Sc-RS	1
リニア型プローブ	L4-20t-RS	1
コンベックス型プローブ	C1-5-RS	1
ECG		1
白黒プリンタ	SONY UP-D898DC 固定具付	1
バーコードリーダー		1

項目	規格	数量
ワイヤレス超音波画像診断装置	(内訳) Vscan Air CL (ワイヤレスプローブ) 本体保護用ケース ワイヤレス充電器 (USBケーブル付き) チャージャー用ACアダプター iPad WiFiモデル 11インチ	1

## ② 富士フィルムメディカル株式会社 製

項目	規格	数量
本体	Sonosite PX L28845 (PX) V4.0	1
セクタ型プローブ	P29087 (P5-1)	1
リニア型プローブ	P29082 (L12-3)	1
コンベックス型プローブ	P29083 (C5-1)	1
PXスタンド	L29089 (PX STAND)	1
ECG	L29078 (PX ECG)	1
白黒プリンタ	L25200 (PX PRT)	1
バーコードリーダー	L25250 (P14166_PX BARCODE)	1
ワイヤレス超音波画像診断装置	(内訳) キャノンメディカルシステムズ株式会社 製 Aplio Air (CUS-AAR00/JJ) 保護ケース ワイヤレスチャージャーバッテリー ワイヤレスチャージャーバッテリー用ACアダプター iPad WiFiモデル 11インチ	1

## 3 納入期限等

- (1) 納入期限 令和8年3月31日  
 (2) 納入場所 山形県立河北病院 救急外来

## 4 設置、保守及びその他

- (1) 搬入、設置、当院画像管理システム及び電子カルテシステムへの接続その

他本装置が正常に稼働するために必要な一切の作業及び費用は、受注者の負担とする。

- (2) 納入後 1 年間は無償保証とし、この間、本装置が正常に稼働するよう定期的な点検及び整備を行うこと。
- (3) 納入時に加え、当院からの要請に応じて技術相談及び指導等の必要なサービスを提供すること。