

全自動化学発光免疫測定装置保守業務 委託仕様書

1 対象機器

全自動化学発光免疫測定装置

アボットジャパン合同会社製 A l i n i t yシステム C i 2台

2 保守契約期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

3 保守業務内容

- (1) 保守対象機器が正常に稼働するように、担当職員の求めに応じて技術員を派遣し、定期点検、臨時点検及び修理対応を行うこと。
- (2) 定期点検は年1回とする。点検時期は発注者と受注者で協議のうえ決定する。
- (3) 障害発生時の電話対応に関しては、24時間対応可能な体制が整備されていること。
- (4) 障害発生時の技術員訪問対応に関しては、平日（月曜日から金曜日）は8:00～18:00、土曜日は9:00～17:00に対応可能な体制が整備されていること。
- (5) ソフトウェアのバージョンアップに関しては、担当職員と協議の上、必要に応じて実施すること。

4 業務報告書の提出

受注者は、上記3の保守業務終了後は、速やかに作業報告書と併せて業務報告書を提出すること。

5 その他

- (1) 受注者は、労働関係法令を遵守し、適正な労働条件で業務従事者を雇用すること。
- (2) 業務責任者や管理者、主任者については正規職員や社会保険被保険者を配置すること。