仕　様　書

１　品　名　　搬送用人工呼吸器（ＳＣＵ資器材）

２　数　量　　８セット

３　規　格　　本体及び附属品は全て新品とし、以下の使用を満たすこと

項　目	調達物品に係る仕様	１セットあたりの数量
１　本体 （参考機種：ＩＣＵメディカル・ジャパン製　パラパックプラス300NJ）		
機器本体	本体外装が強化発泡プラスチックであること	１台
	MRI対応であること	
	航空機での使用ができること	
呼吸回数	８回～40回/分を含む範囲であること	
一回換気量	70mL～1500mLを含む範囲であること	
ディマンドフロー	－２cmH₂0で作動すること	
	－８cmH₂0のとき100L/分で作動し、最大120L/分まで対応すること	
最高回路内圧	20cmH₂0～60cmH₂0を含む範囲で調節できること	
酸素濃度	50％と100％で切替できること	
駆動源	圧縮酸素（供給圧280kPa～600kPa、65L/分）	
動力源	電源を必要とせず、ガス駆動であること	
換気モード	CMV、ディマンド及び手動で使用できること	
寸法	幅240㎜×奥行き165㎜×高さ93㎜以内であること	
重量	2.4kg以内であること	
電子アラーム	アラーム専用の電池（乾電池）を使用し、高回路内圧、低回路内圧（回路外れ）、陽圧持続、電池電圧低下の各警報とアラーム音消音スイッチを有すること	
附属品	本体１台につき、下記の附属品を付けること ・ミニカプラ付駆動ガスホース（5.0m）×１本 ・PEEP　バルブ付患者呼吸回路（1.5m）×１本 ・MRI対応乾電池×１個	一式
２　その他		
取扱説明書	日本語の取扱説明書を各１部附属すること	
諸経費	搬入、動作確認、取扱説明及び本体の稼働に係る費用を含むこと	
保証・保守	正常な使用方法のもとで発生した故障については、納入日から起算して１年間は無償で修理すること（メーカーで定めた保証期間が１年を超える場合はそれを適用する）	
	故障や不具合について、平日において電話やメールでの応対ができ、必要に応じてサービス員の派遣による状況確認及び復旧作業ができること	
	納入日から起算して５年間の保守点検サービスを付帯すること	

３　納入場所及び数量内訳

納　入　場　所	数　量
山形県立中央病院（山形市青柳1800番地）	４セット
日本海総合病院（酒田市あきほ町30番地）	４セット