別紙様式第５号の２　（仕様書）

電動ベッド（その２）

規格、構成内訳下記のとおり

| 項目　　（構成内訳） | 規格 | 数量 |
|---|---|---|
| 一般病棟向け電動ベッド | | 34台 |
| 1.内訳 | | |
| 電動リモートコントロールベッド（本体） | 下記要件のとおり | 34台 |
| ベッドサイドレール（介助バー装備分を除く） | | 29台分 |
| スイングアーム型介助バー | | 5台分 |
| スイングアーム型介助バー対応サイドレール | | 5台分 |
| ２.要件<br>(1) 背・膝の角度・ベッド高さの調節がリモコンでできること<br>(2) ベッドの外寸は、全長2210㎜、全幅960㎜以下であること<br>(3) 背上げ角度は0～75度の範囲で調節できること<br>(4) 膝上げ角度は0～45度の範囲で調節できること<br>(5) 最低床高は300㎜以下、最高床高は660㎜以上であること<br>(6) 背上げ、膝上げ、高さ調節を手元スイッチにより操作できること<br>(7) ベッドの昇降時に、壁や医療機器等と接触する事を未然に防ぐため、高さ調節機構は垂直昇降方式であること<br>(8) ベッド洗浄機器により洗浄可能なウォッシャブルタイプであること<br>(9) 介助バーの装備はベッドの片側のみとする。 | | |
| 搬入、組立、設置費含む。 | | |