応　札　物　品　仕　様　書

住所又は所在地

氏名又は名称

代表者職氏名

1　品名　　動物用臨床化学分析装置

2　数量　　一式

3　規格　　本体及び附属品は全て新品とし、以下の仕様を満たしております。

項目	調達物品にかかる仕様	右欄の記載	記載欄
1　本体			
メーカー：			
型　　番：			
測定方法	エンドポイント法、レート法及びイオン選択電極法を用いた測定方法であること	○又は×	
処理能力	測定方法が異なる比色21項目/電解質３項目を128テスト/時程度の速度で測定できること	○又は×	
検体適応機能	血清、血漿、全血の検体について測定できること	○又は×	
測定項目機能	各種検査項目（Glu、BUN、CRE、TP、TCHO、TG、TBIL、Ca、IP、Alb、NH3、Mg、GGT、GOT、GPT、CPK、LDH、ALP、AMY、LIP、CRP、Na、K、Cl）が測定できること	○又は×	
連続測定	測定中でも同時に次検体の測定を開始できること	○又は×	
設計	機器本体のみで検査できること	○又は×	
測定検体量	比色法：10μL/テスト以下、電解質：50μL/３項目以下の検体量であること	○又は×	
微量検査	ピペットによる手動点着測定ができること	○又は×	
表示機能	測定データを同一画面で確認できること	○又は×	
操作方法	７インチ以上の液晶タッチパネルで操作すること	○又は×	
プリンター	プリンター（感熱方式）を内蔵し、測定結果を印刷できること	○又は×	
消費電力削減	分単位で自動的にスリープモードに入るように設定できること	○又は×	
外形寸法	(W)500mm×(D)400mm×(H)410mm以内であること	○又は×	

2　附属品

	１の臨床化学分析装置に対応していること		○又は×	
	スライド カートリッジ	複数項目同時測定用のスライドをセットする備品を付けること	○又は×	
	ランプ	１の臨床化学分析装置に装着したランプとは別に、交換用ランプを１個以上付けること	○又は×	
	プリント用紙	１の臨床化学分析装置の内蔵プリンターに適応したプリント用紙を付けること	○又は×	
	チップ	96本入り×６ラック	○又は×	
	チューブ	0.5ml×500本	○又は×	
	検体ラック	0.5mL、1.5mL、φ13×75㎜、φ13×100㎜及びφ16×100㎜に対応し、各１本ずつ入る検体ラックを付けること	○又は×	
	その他	メーカー標準附属品を附属すること	○又は×	