仕　様　書

1　品名　　動物用臨床化学分析装置

2　数量　　一式

3　規格　　本体及び附属品は全て新品とし、以下の仕様を満たすこと

項目		調達物品にかかる仕様	数量
1　本体			
	測定方法	エンドポイント法、レート法及びイオン選択電極法を用いた測定方法であること	1台
	処理能力	測定方法が異なる比色21項目/電解質３項目を128テスト/時程度の速度で測定できること	
	検体適応機能	血清、血漿、全血の検体について測定できること	
	測定項目機能	各種検査項目（Glu、BUN、CRE、TP、TCHO、TG、TBIL、Ca、IP、Alb、NH3、Mg、GGT、GOT、GPT、CPK、LDH、ALP、AMY、LIP、CRP、Na、K、Cl）が測定できること	
	連続測定	測定中でも同時に次検体の測定を開始できること	
	設計	機器本体のみで検査できること	
	測定検体量	比色法：10μL/テスト以下、電解質：50μL/３項目以下の検体量であること	
	微量検査	ピペットによる手動点着測定ができること	
	表示機能	測定データを同一画面で確認できること	
	操作方法	７インチ以上の液晶タッチパネルで操作すること	
	プリンター	プリンター（感熱方式）を内蔵し、測定結果を印刷できること	
	消費電力削減	分単位で自動的にスリープモードに入るように設定できること	
	外形寸法	(W)500mm×(D)400mm×(H)410mm以内であること	

項目		調達物品にかかる仕様	数量
2　附属品			
	１の本体に対応していること		一式
	スライド カートリッジ	複数項目同時測定用のスライドをセットする備品を付けること	
	ランプ	１の臨床化学分析装置に装着したランプとは別に、交換用ランプを１個以上付けること	
	プリント用紙	１の臨床化学分析装置の内蔵プリンターに適応したプリント用紙を付けること	
	チップ	96本入り×６ラック	
	チューブ	0.5ml×500本	
	検体ラック	0.5mL、1.5mL、φ13×75mm、φ13×100mm及びφ16×100mmに対応し、各１本ずつ入る検体ラックを付けること	
	その他	メーカー標準附属品を附属すること	
3　その他			
	マニュアル	日本語のマニュアルを１部付けること	
	諸経費	搬入、設置及び操作説明に係る費用を含むこと	
	保証期間	正常な使用方法のもとで発生した故障については、納入日から起算して１年間は無償で修理すること （メーカーで定めた保証期間が１年を超える場合はそれを適用する）	
		設計、製作に起因する不良箇所については、保証期間後であっても無償で交換または修理すること	
	納入後のメンテナンス体制	当該機器が故障した場合に、原因調査、応急措置及び修理等を行える技術員が来訪できる体制を整備していること	
		納入時に上記整備に係る体制表を１部提出すること	